

## CAM- ICU कार्यपत्रक

लक्षण १: तीव्र शुरुआत या अस्थिर प्रवाह	अंक	मौजूद होने पर यह निशान करे
<p>क्या रोगी उसके मुलभुत मानसिक स्थिति से अलग हैं? या क्या पिछले २४ घंटो में रोगी के मानसिक स्थिति में कोई अस्थिरता आई है जो की उसके सिडेशन स्तर (RASS), GCS या पूर्व भ्रम मूल्यांकन की अस्थिरता से साबित हुई हैं?</p>	<p>किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ होने पर —————→</p>	<input type="checkbox"/>
<b>लक्षण २: ध्यान न देना</b>		
<p><b>अक्षर ध्यान परिक्षण</b> ( पर्याय तस्वीरों के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका देखें) दिशानिर्देश- रोगी से कहें “ मैं आपको १० अक्षरों की एक श्रृंखला पढ़कर सुनाऊंगा। उसमें से आप जब भी ‘अ’ अक्षर सुने, तब मेरा हाथ दबाकर बताए। निम्नलिखित अक्षर सूची में से अक्षरों को ३ सेकंड के अंतर पर सामान्य आवाज में पढ़ें। <b>स अ व इ अ ह अ अ र त</b> त्रुटियाँ गिनी जाती है जब रोगी ‘अ’ अक्षर पर हाथ न दबाए एवं ‘अ’ अक्षर से भिन्न अक्षरों पर हाथ दबाए।</p>	<p>त्रुटियाँ &gt; २ —————→</p>	<input type="checkbox"/>
<b>लक्षण ३: चेतनावस्था का बदला हुआ स्तर</b>		
<p>मौजूद होता है यदि वास्तविक RASS score ये सावधान और शांत (शून्य) छोड़कर अन्य कुछ भी हो।</p>	<p>शून्य के अलावा RASS score —————→</p>	<input type="checkbox"/>
<b>लक्षण ४ : अव्यवस्थित सोच</b>		
<p><b>हाँ /ना सवाल</b> (पर्याय प्रश्नावली के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका देखें) १. क्या एक पत्थर पानी में तैरेगा? २. क्या समुद्र में मछलियाँ होती है? ३. क्या एक पाउंड वजन दो पाउंड से ज्यादा होता हैं? ४. क्या आप खिला ठोकने के लिए हतोडे का इस्तमाल कर सकते है? त्रुटियाँ गिनी जाती है रोगी सवालों का गलत जबाब देता हैं। <b>आदेश:-</b> रोगी से कहे “इतने अंगुलियाँ उठें” (रोगी से सामने डॉ अंगुलियाँ उठें) “अब यही चीज दुसरे हाथ से करें” (अंगुलियों की संख्या को दोहराएँ नहीं ) * यदि रोगी दोनों हाथो को हिलाने में असमर्थ है तो, आदेश के दुसरे भाग के लिए रोगी को यह कहे “एक और अंगुली जोड़ दें”</p>	<p>त्रुटियों की एकत्रित संख्या &gt; १ —————→</p>	<input type="checkbox"/>

## CAM- ICU कार्यपत्रक

<p>त्रुटी गिनी जाती है यदि रोगी पुरे आदेश को पूर्ण करने में असमर्थ होता हैं।</p>		
<p><b>कुल CAM-ICU</b> लक्षण १ +२ एवं ३ या ४ में से एक = CAM-ICU सकारात्मक</p>	<p>मापदंड का मिलना —————→</p>	<p><input type="checkbox"/> CAM-ICU सकारात्मक बुद्धि विभ्रम</p>
	<p>मापदंड का नहीं मिलना —————→</p>	<p><input type="checkbox"/> CAM-ICU नकारात्मक बुद्धि विभ्रम रहित</p>